

### Ata Comissão Especial - Portaria nº 20/2024

Aos dezenove dias do mês agosto de dois mil e vinte e quatro, às 14 horas, reuniram-se a Comissão Especial nomeada através da Portaria ° 20/2024 do Comaja, juntamente com a atual suplente de Pregeira/Agente de Contratação Bruna Brandão e o Assistente Administrativo Diogo Mikael Spies, na sala de reunião do Comaja, para proceder com o segundo teste de amostras, referente ao Chamamento Público de Pré-qualificação de fraldas - adulto e infantil. Na oportunidade, quem realizou os teste foi a farmacêutica Sr<sup>a</sup> Fernanda Rossatto Temp Fava - CRF 15270, auxiliada pelos demais presentes. Em anexo a esta ata está o PARECER/ LAUDO TÉCNICO elaborado pela farmacêutica onde justifica tecnicamente sua decisão. As marcas/modelos aprovados foram: HIGIFRAL CONFORT para os itens 1, 2, 3 e 4; WF/WHF MASTER CONFORT para os itens 1, 2, 3, 4 e 5; ACTIVE/CREMER/ CREMER MAGIC CARE para os itens 7, 8, 9, 10 e 11. Essas amostras foram enviadas pela empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 00.802.002/0001-02. Em relação as amostras recebidas na data de nove de agosto de dois mil e vinte quatro, enviadas pela empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 83.157.032/0001-22, também foram testadas, na mesma oportunidade, marca/modelo TENA/ DERMACARE SLIP, para os itens 1, 2 e 3, foram REPROVADAS conforme laudo técnico em anexo. Dar-se-á publicidade do resultado da análise registramos que até o momento as amostras que chegaram foram devidamente testadas. Sem mais a constar, segue assinada por mim, Catherine Pedrotti e pelos demais presentes no dia.

---

Catherine Pedrotti  
Agente Administrativa

---

Daiane Camargo  
Coordenadora do Departamento de Saúde

---

Douglas Batisti Sabadin  
Assessor de Projetos e Planejamento

---

Diogo Mikael Spies  
Assistente Administrativo

---

Bruna Brandão  
Assistente Administrativa

---

Fernanda Rossatto Temp Fava  
Farmacêutica CRF 15270

\*A via assinada encontra-se arquivada junto ao processo na Sede do Comaja.

## PARECER TÉCNICO / LAUDO

**A Senhora Pregoeira**

**Adriana Azevedo**

**O Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra Botucaraí/rs - COMAJA**

**Referente: Chamamento Público N° 03/2024. Chamada pública para Pré-qualificação para provável aquisição de fraldas descartáveis, visando suprir as necessidades do O Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra Botucaraí/rs – COMAJA para atender a demanda dos Municípios cadastrados.**

Após a análise das amostras apresentadas pela empresa **Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar LTDA**, realizada para a verificação da qualidade, e para avaliação de atendimento às especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, apresentamos a seguinte avaliação:

<b>Código</b>	<b>Descrição do Objeto</b>	<b>Decisão</b>
1	<b>Fralda descartável adulto, tamanho médio M.</b> Especificações: Circunferência da cintura acima de 70 a 120 cm e peso de 40 a 70 kilos, aproximadamente; com gel super absorvente, tecnologia anti- odor, barreiras de proteção anti vazamento, com fitas adesivas reposicionáveis que garantam o ajuste ideal ao corpo evitando vazamentos. Camadas internas e externas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso; testada dermatologicamente; contendo manta anatômica, dotada de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Possuindo indicador de umidade. As fraldas deverão ser entregues em pacotes lacrados.	<b>Amostras reprovadas</b>
2	<b>Fralda descartável adulto, tamanho grande G.</b> Especificações: Circunferência da cintura acima de 80 a 150 cm e peso de 70 a 90 kilos, aproximadamente; com gel super absorvente, tecnologia anti- odor, barreiras de proteção anti vazamento, com fitas adesivas reposicionáveis que garantam o ajuste ideal ao corpo evitando vazamentos. Camadas internas e externas	<b>Amostras reprovadas</b>



	perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso; testada dermatologicamente; contendo manta anatômica, dotada de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Possuindo indicador de umidade. As fraldas deverão ser entregues em pacotes lacrados.	
3	<b>Fralda descartável adulto, tamanho extragrande EG ou XG.</b> Especificações: Circunferência da cintura acima de 150 cm e peso acima de 90 kilos, aproximadamente; com gel super absorvente, tecnologia anti- odor, barreiras de proteção anti vazamento, com fitas adesivas reposicionáveis que garantam o ajuste ideal ao corpo evitando vazamentos. Camadas internas e externas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso; testada dermatologicamente; contendo manta anatômica, dotada de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Possuindo indicador de umidade. As fraldas deverão ser entregues em pacotes lacrados.	<b>Amostras reprovadas</b>

1. Foram realizados testes de qualidade pela servidora Fernanda Rossatto Temp Fava, farmacêutica (CRF 15270). As fraldas dos Códigos 1, 2 e 3 da marca TENA modelo DERMAcare Slip fornecidas pela empresa Metromed Comercio de Material Medico e Hospitalar LTDA, constatou-se que o produto não atende à descrição contida no edital de pré-qualificação, uma vez que realizados os testes de absorção, a fralda apresentou resultado insatisfatório, com umedecimento rápido e pouco gel de absorção formando grumos.

Os testes foram realizados no dia 19/08/2024, Ibirubá-RS.

Fortaleza dos Valos, 20 de agosto de 2024.

*Fernanda Rossatto Temp Fava*  
 Fernanda Rossatto Temp Fava  
 Farmacêutica

Fernanda Rossatto Temp Fava  
 Farmacêutica - CRF-RS 15.270  
 P.M. Fortaleza dos Valos  
 Farmácia Básica

